



BROJ: 11-53/2136-5

DATUM: 15.06.2018

Za javnu nabavku dobara:- kupovinu opreme za istraživačke projekte broj JN 45/2018 objavljene na Portalu javnih nabavki 12.06.2018.g. zainteresovana lica su, u skladu sa čl.63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, uputila pitanja - zahteve za dodatnim informacijama na koje Komisija daje odgovor.:

PITANJA I ODGOVORI

- **Partija 1**

Koliko je dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija i težine

Odgovor: Prihvatljive dimenzije su do 190x210x183 mm (WxDxH) maksimalno, a težina do 3 kg.

- **Partija 15**

Kontrola pomoću android aplikacije kao i wifi konekcija bitno utiču na cenu proizvoda. Da li dozvoljeno ponuditi uređaje bez ovih karakteristika?

Odgovor: Potrebna je kontrola pomoću wi-fi aplikacije

Da li je dozvoljeno ponuditi uređaj zapremine 150 l?

Odgovor: Nije dozvoljeno ponuditi uređaj od 150 l.

Da li dozvoljeno ponuditi uređaj sa dimenzijama koje odstupaju manje od 10% u odnosu na tražene?

Odgovor: Dozvoljeno je ponuditi uređaj koji odstupa u dimenzijama od 10 % SAMO ako su te dimenzije veće od traženih.

Komisija za javnu nabavku

