



institut@nsseme.com • www.ifvcns.rs

Институт за ратарство и повртарство

Институт од националног значаја за Републику Србију

Број: 11-53/1650-4

Дана: 19.06.2020. године

Za javnu nabavku dobara:- kupovinu **Лабораторијске опреме за потребе Лабораторије за биотехнологију уљаних биљних врста.**,:broj JN 42/20 objavljene na Portalu javnih nabavki 17.06.2020.g. zainteresovana lica su, u skladu sa čl.63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, uputila pitanja - zahteve za dodatnim informacijama na koje Komisija daje odgovore.:

### **PITANjA i ODGOVORI**

#### **Pitanje br. 1:**

Da lije za partiju broj 2 (PCR aparat) prihvatljivo ponuditi uredaj koji nema obrud za pridržavanje tuba i spredavanje njihovog deformisanja kada se radi sa malim brojem uzoraka s obzirom da uredaj koji bismo ponudili podržava tehnologiju termo bloka baziranu na korištenju ploda sa 95 bunara Sto sprečava mogućnost deformisanja tuba.

#### **Odgovor br.1**

Naručilac ostaje kod zahteva iz konkursne dokumentacije ( da uređaj mora da ima obruč za pridržavanje tuba i sprecavanje njihovog deformisanja) jer su se takvi pokazali kao najpouzdaniji i najsigurniji u sprečavanju deformisanja tuba .

#### **Pitanje br. 2:**

Da lije za partiju broj 2 (PCR aparat) prihvatljivo ponuditi uredaj koji poseduje sledeći temperaturni opseg gradijenta: Gradient step mode:temperature center setting range 35.5°C - 99.5°C. temperature offset setting range 0.5°C - 20.0°C.

**Odgovor br.2** Opseg gradijenta koji je Naručilac naveo je siri i odgovarajući za potrebe Naručioca tako da ostajemo pri zahtevima iz konkursne dokumentacije .,

Komisija za javnu nabavku