



Институт за ратарство и повртарство  
Институт од националног значаја за Републику Србију  
Број: 11-53/1650-5  
Дана: 22.06.2020. године

За јавну набавку добара: - куповину **Лабораторијске опреме за потребе Лабораторије за биотехнологију уљаних биљних врста**, број JN 42/20 објављене на Portalу јавних набавки 17.06.2020.g. заинтересована лица су, у складу са чл.63 став 2 Закона о јавним набавкама, упутила питања - захтеве за додатним информацијама на које Комисија даје одговоре.:

### **PITANJA I ODGOVORI**

1. Да максимални пораст температуре (ramp rate) буде 4°C/sec. Просечан пораст температуре: 2.5 °C/sec.

Питање: Да ли је прихватљиво да максимални пораст температуре буде 3,4°C/sec?

Нije прихватљиво јер је разлика између траженог максималног пораста температуре I понуђеног већа од 10% .

2. Температурни опсег градијента 30-100°C

Питање: Да ли је прихватљиво да температурни опсег градијента буде 30-80°C

Нije прихватљиво јер би понуђени опсег градијента био значајно мањи од захтеваног те одређене оптимизације протокола не би могле бити спроведене на таквом апарату.

3. Обруч за придржавање туба и спречавање њиховог деформисања када се ради са малим бројем појединачних туба.

Питање: Да ли је неопходно да се испоручи са обручем, обзиром да поједине тубе налегну у калуп апарата и не могу се деформисати?

Неопходно је испоручити уређај са обручем за тубе како би корисник могао користити различите типове/произвођаче туба, а не само поједине типове које поминјете. Тиме корисник задржава право избора жељене пластике за рад на PCR апарату. Напомињемо да се најчешће користе такозване thin wall тубе ради бољег трансфера топлоте, а оне су склоне деформацији зато је прстен нешто сто повећава поузданост рада.

Комисија за јавну набавку